

**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria**  
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi  
Via Portuense, 240 – 00149 Roma  
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335  
E-mail: [uoc.provveditorato@ares118.it](mailto:uoc.provveditorato@ares118.it)

## **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Finalizzata all'individuazione di potenziali concorrenti da invitare alla **PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.121 FRIGORIFERI PER FARMACI CPV 39711130-9**, da destinare alle postazioni di soccorso dell'ARES 118, presenti sul territorio della Regione Lazio.

La procedura verrà espletata in forma interamente telematica avvalendosi della Piattaforma della Regione Lazio STELLA e verrà affidata secondo quanto previsto dall'art. 50 c. 1 lett. B del D. Lgs. 36/2023.

Il valore indicativo dell'Appalto di fornitura, comprensivo di trasporto, consegna e messa in opera presso le postazioni di soccorso dell'ARES 118 dislocate sull'intero territorio della Regione Lazio, ammonta indicativamente ad € 120.000,00 iva esclusa.

Le istanze dovranno essere presentate sulla Piattaforma STELLA, in carta libera, entro e non oltre il 24/09/2025 alle ore 12.00, sottoscritte digitalmente ed accompagnate da documento di identità. Nella istanza dovrà essere indicato CF e PI dell'O.E. al fine di consentirne l'invito attraverso la piattaforma STELLA, alla fase successiva della procedura, da affidare al prezzo più basso.

La presente Manifestazione non è in alcun modo impegnativa per la Stazione Appaltante e pertanto gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

La presente Manifestazione verrà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Per ogni chiarimento si potrà scrivere al seguente indirizzo mail:  
[uoc.provveditorato@ares118.it](mailto:uoc.provveditorato@ares118.it).

Si descrivono di seguito le specifiche dei prodotti richiesti:

- Frigorifero di piccole dimensioni, con capacità di 30 litri
- Struttura e isolamento in materiale atossico interno ed esterno
- Struttura resistente agli urti
- Apertura ad anta a vetro e dotata di chiusura con chiave
- Range di temperatura da +2 a +8 gradi Celsius
- Controllo elettronico della temperatura con display di lettura

- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo
- Sistema di registrazione della temperatura
- Sistema di allarme acustico e visivo per mancanza di alimentazione, porta aperta, alterazione di temperatura minima e massima
- Sistema di allarme remoto, possibilmente con alert a cellulare
- Sistema di sbrinamento automatico
- Ventilazione interna
- Bassa rumorosità
- Vano interno lavabile e sanificabile
- Dotazione interna di almeno di un ripiano asportabile e regolabile in altezza
- Illuminazione interna a led
- Conformità CE e Farmacopea

 II RUP  
Dott. Aleandro Munno

